

JCSS
JCSS 0128総数 5 頁の 1 頁
校正証明書番号 T2627600

校正証明書

(校正ラベル)

T2627600

JCSS 0128
MRA/IAJapan

26-09

依頼者名	株式会社 アクシオ
依頼者住所	千葉県野田市西三ヶ尾585-5
計量器の名称	一軸試験機
型式	油圧式堅型 型名 Hi-ACTIS 2000
能力	圧縮 : 2000 kN
製造番号	F23J13
製造日	2024年3月
製造者	株式会社 マルイ
力指示計	デジタル表示
校正レンジ	圧縮 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN, 1000 kN, 2000 kN
センサー容量	20 MPa
センサー型式	HVS-20MPa 製造番号 A230040506
校正方法	JIS B 7721:2018 による
実施条件	2頁のとおり
トランスファ標準器	3頁のとおり
校正結果	4~5頁のとおり
校正年月日	2026年9月4日
計量器の設置場所	千葉県野田市西三ヶ尾585-5 株式会社 アクシオ

校正結果は以上のとおりであることを証明する

2026年9月7日

大阪府大東市御領1丁目9番17号
株式会社 マルイ 校正室
校正室長 大仁 勝

- ・この証明書は、計量法第144条(第1項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
- ・当社は、ISO/IEC 17025:2017に適合しています。
- ・この証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPAC(アジア太平洋認定協力機構)のMRA(相互承認)に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。
- ・校正ラベルは校正証明書の一部の情報を校正品に表示することで、校正の状況をわかりやすくするためのものです。

